



**Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
(Росстандарт)**

**Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии  
(ПМТУ Росстандарта)**

**Отдел (инспекция) в Оренбургской области**

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская 1, тел: (8312) 18-11-75, факс (8312) 18-10-91;  
460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2Б, оф. 1205 тел. /факс (3532) 68-05-59, тел. 68-05-60

Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования «Оренбургский государственный медицинский университет» министерства  
здравоохранения РФ Мирошниченко Игорю Васильевичу

кому выдается предписание: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя (должностного лица)

460000, г. Оренбург, ул. Советская/ ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский, д. 6/45/7

адрес

**ПРЕДПИСАНИЕ**

от « 22 » декабря 2017 г.  
№ 117

Выдано на основании акта проверки  
от « 22 » декабря 2017 г. № 117

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено: при осуществлении деятельности в области здравоохранении применяются неуполномоченные средства измерений, что является нарушением ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений».

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до « 22 » февраля 2018 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:**

1) Неуполномоченные средства измерений из обращения изъять и поверить:

- Весы напольные медицинские электронные ВЭМ-200-50/100-Д, №00939 – 1 ед.;
- Весы напольные медицинские электронные ВЭМ-150, №20380 – 1 ед.;
- Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01 «Малыш», №00122 – 1 ед.;
- Весы для статического взвешивания электронные, ТВ до 200 кг, б/н – 1 ед.;
- Весы напольные медицинские электронные ВЭМ-200-50/100-Д, №№ 00788, 00882, 00903 – 3 ед.;
- Ростомер РЭП, №30 – 1 ед.;
- Ростомер РП, №00444 – 1 ед.;
- Ростомер Диакомс, №0034721 – 1 ед.;
- Измеритель артериального давления механический MEDICA CS-105, б/н – 1 ед.;
- Аудиометр АТ 235, №SN667965 – 1 ед.

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» **применение** вышеуказанных средств измерений с « 22 » декабря 2017 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до « 22 » февраля 2018 г.

